

제308회 임시회
2012. 4. 25(수)

심 사 보 고 서

- 충청북도보건환경연구원 운영조례 일부개정조례안



충 청 북 도 의 회
정 책 복 지 위 원 회

충청북도보건환경연구원 운영조례 일부개정조례안
심 사 보 고 서

2012. 4. 25(수)
정책복지위원회

1. 심사경과

가. 제출자 : 충청북도지사

나. 제출일자 및 회부일자

- 제출일자 : 2012년 4월 6일
- 회부일자 : 2012년 4월 10일

다. 상정일자 : 2012년 4월 17일

- 제308회 충청북도의회 임시회 제1차 정책복지위원회
- 제안설명, 검토보고, 질의답변, 심사의결(수정의결)

2. 제안설명 요지

(제안설명자 : 오용길 원장)

가. 제안이유

- 행정용어 순화 및 금지 규정 완화와 중복 문구 등의 정리로 긍정적인 민원행정 서비스를 추진하고,
- 「시험종별에 따른 처리기간과 검체소요량」을 구체적으로 세분화하여 전문적인 시험·검사를 합리적으로 추진하기 위함.

나. 주요내용

① 행정용어 순화

- “단속” → “점검”으로 개정 (안 제5조제1호)
- “지도·단속” → “지도·점검”으로 개정 (안 제5조제3호)

② 시험결과의 광고 등 금지 규정 완화 (안 제8조)

변경 전	변경 후
<p>시험의 결과는 시험 의뢰 목적 이외의 광고 또는 선전 등에 이용·표시할 수 없다고 규정</p>	<p>① 시험결과에 대하여 광고 또는 표시할 경우 <u>시험성적서 전문(全文)을 기재</u> ② 시험성적서의 내용을 <u>변경하여 기재 하거나</u> “정부보증”, “검정완료” 등 유사문구 기재 불가</p>

③ 법인인 경우 포함 표기 (안 제9조)

- 성명 → 성명(법인인 경우에는 그 명칭 및 대표자의 성명)

④ 시험용 검체 소요량 및 처리기간 변경 (별표)

- ① 단위 통일(표준화) : $l \rightarrow L / cc, ml \rightarrow mL / M \rightarrow m$

- 국제단위계 기준 약호로 통일

② 문구 삭제

- 먹는물(샘물)검사 처리기간 중 “여니시아균검사28일” 문구 삭제

- ▶ 12일(여니시아균검사28일) → 12일

↳ 시험법 변경으로 12일내 검사 가능

③ 법령 개정에 따른 검사 명칭 변경

- 공중이용시설 검사 → 다중이용시설 실내공기질 검사

④ **세분화 표기** : “임상학적 세균검사”난을 삭제 후 **5종류로 세분화**

시험종별	처리기간	시험용검체소요량
레지오넬라균 검사	15일	1.대변 : 5g 이상
식중독균 검사	20일	2.소변 : 10mL 이상
세포배양 관련 검사	30일	3.혈액(혈청) : 5mL 이상(1mL이상)
결핵균 검사	12주	4.환경수계검체 : 1L 이상
기타 세균검사	10일	5.조리식품 : 검체별 100g 이상
		6.식품용수 : 1L 이상
		7.호흡기검체 : 바이러스수송배지/무균용기

⑤ **중복자료 통일** : 유통의약품 등 검사 → 의약품 등 검사

3. 검토보고 요지

(정책복지 수석전문위원 : 홍범희)

- 동 조례안은 시험결과의 광고 등 금지 규정을 완화하여 열린 민원행정 서비스를 제공하고, 「시험종별에 따른 처리기간과 검체소요량」을 구체적으로 세분화하여 시험·검사 절차를 현실에 맞게 조정하며 일부 행정용어를 국제적인 기준에 맞게 정비하거나 순화하는 등 타당하다고 사료됨.
- 다만, 임상학적 세균검사 항목이 세분화되면서 처리기한이 종전 10일에서, 15일에서 최장 12주까지 늘어나는데 따른 민원발생 우려 등 문제점과 의약품 등 검사항목에서 검체소요량이 삭제되는데 따른 문제점은 없는지 상세한 설명이 필요하다고 사료됨.

4. 질의 및 답변요지 : “생략”

5. 토론요지 : “생략”

6. 심사결과 : 수정의결

7. 수정안 요지

- 발의일자 및 발의자 : 2012. 4. 17, 김광수 의원
- 수정이유
 - 조례의 내용상 의미가 적합한 용어를 사용하기 위함.
- 주요 수정내용
 - 안 제5조 제1호 “점검”을 “단속”으로 하고,
 - 안 제5조 제3호 “지도·점검”을 “지도·단속”으로 한다.

8. 소수의견요지 : 없음

9. 기타 필요한 사항 : 없음

10. 심사보고서 첨부서류

- 충청북도보건환경연구원운영조례 일부개정조례안 1부.

충청북도보건환경연구원 운영조례 일부개정조례안에 대한 수정안

충청북도보건환경연구원 운영조례 일부개정조례안 중 다음과 같이 수정한다.

제5조제1호 중 “점검”을 “단속”으로 하고, 제3호 중 “지도·점검”을 “지도·단속”으로 한다.

수 정 안 대 비 표

현 행	개 정 안	수 정 안
<p>제5조(수수료 감면) 국가기관 및 지방자치단체(산하기관 포함)가 그 기능 수행 상 필요에 의하여 다음 어느 하나에 해당되어 검사·시험 등을 의뢰 할 경우 수수료를 감면할 수 있다.</p> <p>1. 부정식품 및 의약품 단속을 위한 경우</p> <p>2. (생략)</p> <p>3. 배출시설에 대한 환경오염도 검사 및 <u>지도·단속</u>을 위한 경우</p> <p>4.~11. (생략)</p>	<p>제5조(수수료 감면) 국가기관 및 지방자치단체(산하기관 포함)가 그 기능 수행 상 필요에 의하여 다음 어느 하나에 해당되어 검사·시험 등을 의뢰 할 경우 수수료를 감면할 수 있다.</p> <p>1. 부정식품 및 의약품 <u>점검</u>을 위한 경우</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>3. 배출시설에 대한 환경오염도 검사 및 <u>지도·점검</u>을 위한 경우</p> <p>4.~11. (현행과 같음)</p>	<p>제5조(수수료 감면) 국가기관 및 지방자치단체(산하기관 포함)가 그 기능 수행 상 필요에 의하여 다음 어느 하나에 해당되어 검사·시험 등을 의뢰 할 경우 수수료를 감면할 수 있다.</p> <p>1. 부정식품 및 의약품 단속을 위한 경우</p> <p>2. (개정안과 같음)</p> <p>3. 배출시설에 대한 환경오염도 검사 및 <u>지도·단속</u>을 위한 경우</p> <p>4.~11. (개정안과 같음)</p>

충청북도보건환경연구원 운영조례 일부개정조례안

충청북도보건환경연구원 운영조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조를 다음과 같이 한다.

제8조(시험결과의 표시) ① 제2조의 규정에 따른 시험의 결과는 시험의
회 목적 이외로 광고하거나 용기·포장 등에 표시하려는 경우에는 그
시험성적서의 전문(全文)을 기재하여야 한다.

② 제1항에 따라 시험의 결과를 광고하거나 표시하는 경우에는 그
시험성적서의 내용을 변경하여 기재하거나, “정부보증” 또는 “검정완
료”라는 문구나 그 밖에 이와 유사한 문구를 기재해서는 아니 된다.

제9조제2항 중 “말소당한 자의 성명”을 “말소당한 자의 성명(법인인 경
우에는 그 명칭 및 대표자의 성명을 말한다)”으로 한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

시험용 검체 소요량 및 처리기간(제2조제1항 관련)

시험종별	처리기간	시험용검체소요량
식품류 검사	18일	1. 세균검사없는 항목: 3개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL)) 2. 세균검사있는 항목: 6개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL)) 3. 용량검사있는 항목: 추가3개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL))
식품첨가물 검사	18일	1. 고체 : 200g 이상 2. 액체 : 500g (mL) 이상 3. 기체 : 1kg 이상
식품의기구·용기 및 포장류 검사	18일	동일제품 6개 이상 (두루마리 형태 포장지는 3m이상)
농·축·수산물의 잔류농약검사	18일	1. 곡류 : 1kg 2. 채소류 및 과일류 : 3kg 3. 축산물 및 수산물 : 1kg
먹는물(샘물)검사	12일	1. 먹는 물 : 4L이상 2. 먹는 샘물 : 5L이상
목욕수검사	7일	물 2L이상
수처리제	12일	중량 500g
대기·소음·진동·악취검사 및 다중이용시설 실내공기질검사	17일	출장조사
하천수, 호소수, 오히수 분뇨, 폐수검사	12일	1. 물 4L이상 2. 노말핵산, 페놀, 유기인계, 폴리 클로리네이티드비페닐 항목 등
침출수검사	14일	포함시 각 1L유리용기 별도채수

시험종별	처리기간	시험용검체소요량
폐기물검사	10일	1. 액상(함량시험) : 3.5L이상 2. 고상,반고상(용출시험):600g이상 3. 유기인,테트라클로로에틸렌,트리클로로에틸렌 항목 등이 포함시 무색 경질유리 용기에 채취
유해화학 물질검사	15일	1. 포장단위 2개 이상 2. 시험기준 및 시험방법 검사결과 통지서 첨부
레지오넬라균 검사	15일	1.대변 : 5g 이상 2.소변 : 10mL 이상 3.혈액(혈청) : 5mL 이상 (1mL이상) 4.환경수계검체 : 1L 이상 5.조리식품 : 검체별 100g 이상 6.식품용수 : 1L 이상 7.호흡기검체 : 바이러스수송배지/ 무균용기
식중독균 검사	20일	
세포배양 관련 검사	30일	
결핵균 검사	12주	
기타 세균검사	10일	
토양오염도검사	20일	1. 토양유류시험 등 가. 토양 5g 채취 나. 메틸알코올 10mL 다. 30mL 용기 라. 0~4℃ 냉장상태 보관 운반 2. 토양시험용 시료 500g 이상
의약품등 검사	단일성분제제 30일 복합성분제제 55일	식품의약품안전청 의약품등(화장품포함) 제조유통관리기본계획 별표 기준에 준함.

신 · 구조문 대비표

현 행	개 정 안
<p>제8조(시험결과의 광고등 금지) 제2조의 규정에 따른 시험의 결과는 시험의뢰 목적 이외의 광고 또는 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기, 포장등에도 이를 표시할 수 없다.</p>	<p>제8조(시험결과의 표시) ① 제2조의 규정에 따른 시험의 결과는 시험의뢰 목적이외로 광고하거나 용기·포장 등에 표시하려는 경우에는 그 시험성적서의 전문(全文)을 기재하여야 한다.</p> <p>② 제1항에 따라 시험의 결과를 광고하거나 표시하는 경우에는 그 시험성적서의 내용을 변경하여 기재하거나 “정부보증” 또는 “검정완료”라는 문구나 그 밖에 이와 유사한 문구를 기재해서는 아니된다.</p>
<p>제9조(성적원본의 말소) ① (생략)</p> <p>② 원장은 제1항의 규정에 따라 시험성적서의 원본을 말소한 때에는 말소당함자의 성명과 말소이유, 시험을 한 물품명 등을 공고하여야 한다.</p>	<p>제9조(성적원본의 말소) ① (현행과 같음)</p> <p>② 원장은 제1항의 규정에 따라 시험성적서의 원본을 말소한 때에는 말소당함자의 성명 (법인인 경우에는 그 명칭 및 대표자의 성명을 말한다.)과 말소이유, 시험을 한 물품명 등을 공고하여야 한다.</p>

신 · 구조문 대비표 (별표)

현 행			개 정 안		
의약품 등 검사	15일	1. 포장단위 2개 이상 2. 정제 100정 이상 3. 정제 500g 이상	<삭제>		
식품류 검사	18일	1. 세균검사없는 항목: 3개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL)) 2. 세균검사있는 항목: 6개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL)) 3. 용량검사있는 항목: 추가3개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL))	식품류 검사	18일	1. 세균검사없는 항목: 3개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL)) 2. 세균검사있는 항목: 6개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL)) 3. 용량검사있는 항목: 추가3개이상 (기본단위 : 개당 200g (mL))
식품첨가물 검사	18일	1. 고체 : 200g 이상 2. 액체 : 500g (mL) 이상 3. 기체 : 1kg 이상	식품첨가물 검사	18일	1. 고체 : 200g 이상 2. 액체 : 500g (mL) 이상 3. 기체 : 1kg 이상
식품의기구 용기 및 포장류 검사	18일	동일제품 6개 이상 (두루마리 형태 포장지는 3M이상)	식품의기구 용기 및 포장류 검사	18일	동일제품 6개 이상 (두루마리 형태 포장지는 3m이상)
먹는물 (샘물) 검사	12일 (여니시아균검사 28일)	1. 먹 는 물 : 4L 이상 2. 먹는샘물 : 5L 이상	먹는물(샘물) 검사	12일	1. 먹 는 물 : 4L 이상 2. 먹는샘물 : 5L 이상
목욕수검사	7일	물 2L 이상	목욕수검사	7일	물 2L 이상
대기·소음·진동·악취검사 및 공중이용시설 검사	17일	출장조사	대기·소음·진동·악취검사 및 다중이용시설 실내공기질 검사	17일	출장조사
하천수, 호소수, 오폐수분뇨, 폐수검사	12일	1. 물 4L 이상 2. 노말핵산, 페놀, 유기인계, 폴리	하천수, 호소수, 오폐수분뇨, 폐수검사	12일	1. 물 4L 이상 2. 노말핵산, 페놀, 유기인계, 폴리
침출수검사	14일	클로리네이티드비페닐 항목 등 포함시 각 1L 유라용기 별도채수	침출수검사	14일	클로리네이티드비페닐 항목 등 포함시 각 1L 유라용기 별도채수

신 · 구조문 대비표 (별표)

현 행			개 정 안		
폐기물검사	10일	1. 액상(합유량시험) : 3.5ℓ 이상 2. 고상,반고상(용출시험):600g이상 3. 유기인,테트라클로로에틸렌,트리클로로에틸렌 항목 등이 포함시 무색 경질유리 <u>요기</u> 에 채취	폐기물검사	10일	1. 액상(합량시험) : 3.5L이상 2. 고상,반고상(용출시험):600g이상 3. 유기인,테트라클로로에틸렌,트리클로로에틸렌 항목 등이 포함시 무색 경질유리 <u>용기</u> 에 채취
토양오염도검사	20일	1. 토양유류시험 등 가. 토양 5g 채취 나. 메틸알코올 10ml 다. 30ml 용기 라. 0~4℃ 냉장상태 보관 운반 2. 토양시험용시료 500g 이상	토양오염도검사	20일	1. 토양유류시험 등 가. 토양 5g 채취 나. 메틸알코올 10ml 다. 30ml 용기 라. 0~4℃ 냉장상태 보관 운반 2. 토양시험용시료 500g 이상
임상학적 세균검사	10일	1. 약 물: 20cc이상 2 포 장: 10개이상 3. 식중독: 500g이상 4. 대 변: 20g이상 5 소 변: 10cc이상 6. 혈 액: 5cc	레지오넬라균 검사	15일	1.대변: 5g 이상
			식중독균 검사	20일	2.소변: 10mL 이상
			세포배양 관련 검사	30일	3.혈액(혈청) : 5mL이상 (1mL이상)
			결핵균 검사	12주	4.환경수계검체 : 1L이상
			기타 세균검사	10일	5.조리식품: 검체별 100g 이상
					6.식품용수: 1L이상
					7.호흡기검체 : 바이러스수송배지/ 무균용기
유통 의약품 등 검사	단일성분제제 30일 복합성분제제 55일	식품의약품안전청 의약품등(화장품포함) 제조유통관리기본계획 별표 기준에 준함.	의약품 등 검사	단일성분제제 30일 복합성분제제 55일	식품의약품안전청 의약품등(화장품포함) 제조유통관리기본계획 별표 기준에 준함.

관계법령 발췌

【보건환경연구원법】

제5조(업무) ① (생략)

② 제1항의 규정에 의한 업무를 수행함에 있어서 시료의 채취 등의 범위와 절차 및 관할구역안의 보건·환경관련기관의 범위등에 관하여 필요한 사항은 당해 지방자치단체의 조례로 정한다.

【민원사무처리에 관한 법률 시행령】

제12조(처리기간의 설정·공표) ① 행정기관의 장은 민원사무를 신속히 처리하기 위하여 행정기관에 신청이 접수된 때부터 그 민원사무의 처리가 완료될 때까지에 소요되는 처리기간을 민원사무의 종류별로 미리 정하여야 한다.

② 행정기관의 장은 제1항에 따른 처리 기간을 정함에 있어서는 접수기관·경유기관·협의기관(다른 기관과 사전협의를 필요한 경우에 한한다) 및 처분기관 등 각 처리단계별로 이를 구분하여야 한다.

③ 행정기관의 장은 제1항 및 제2항에 따른 처리기간을 관계법령 등에 명시하고, 민원사무편람에 이를 수록하여야 한다.